

CLEANBRUSH® ENDO-XL

56

BROSSE DE NETTOYAGE POUR INSTRUMENTS RIGIDES



Les brosses de nettoyage CLEANBRUSH® ENDO-XL sont destinées au nettoyage des canaux d'instruments rigides avant stérilisation, tels que les trocarts chirurgicaux.

Elles conviennent également aux nettoyages d'endoscopes rigides utilisés en urologie, en gynécologie et en ORL.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Diamètre brosse (mm)	Nombre de brosse(s)	Diamètre gaine (mm)	Diamètre conseillé du canal à nettoyer	Longueur (cm)	Conditionnement
HN3435506	5,5	1	3,3	De 4,1 à 5 mm	60	20
HN3438006	8	1	3,3	De 5,1 à 7 mm	60	20
HN3431106	11	1	3,3	De 7,1 à 9 mm	60	20
HN3431406	14	1	3,3	De 9,1 à 12 mm	60	10
HN3431806	18	1	3,3	De 12,1 à 16 mm	60	10
HN2575006	5 11	2	3,3	De 2,7 à 4,5 mm De 6 à 10 mm	60	10



INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{ère} mise sur le marché	1999
Usage unique	Oui
Classe	I
Stérile	Non (décontamination à l'oxyde d'éthylène)
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 10 ou 20 unités en emballage non-stérile selon la référence
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

PRINCE MEDICAL
 DEVICES

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.
 © Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.